

Протокол итогов №36 от 15.07.2024 года Объявление №36

Закуп способом тендера «Закуп многофункциональной медицинской кровати на 2024 год»

г.Семей

1.Наименование, краткое описание медицинских изделий, сумма закупки:

«15» июля 2024 года

№	Наименование лота	Ед.измерение	Выделенная кол-во	Выделенная цена	Выделенная сумма
1.	Кровать для пациента с 2 электромоторами, с принадлежностями	шт	18	1 550 000,00	27 900 000,00

2. Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших заявки:

Наименования потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Квалификационные данные потенциальных поставщиков			
		правоспособность	не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупок или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии)	отсутствие задолженности в бюджете, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование	не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации
ТОО «DANA ESTRELLA» 28.06.2024г вр.14:30ч	Г. Алматы, ул. Гоголя 89А	+	+	+	не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом

ОО «Life medical solutions» 03.07.2024г Вр.14:00ч	Г. Алматы пр.Сейфуллина офис 404/67.	+	+	+	+	+
---	--	---	---	---	---	---

3. Цена и другие условия каждой заявки в соответствии с документацией:

№	Наименование лота	Ед.изм	Кол-во	Выделенная цена	ОО «DANA ESTRELLA»	ОО «Life medical solutions»
1.	Кровать для пациента с 2 электромоторами, с принадлежностями	шт	18	1 550 000,00	1 550 000,00	1 395 000,00

4. Изложение оценки и сопоставления заявок. Следующие заявки на участие потенциальных поставщиков, допущены комиссией после рассмотрения

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Лоты, по которым потенциальные поставщики принимают участие
1	ОО «DANA ESTRELLA» 28.06.2024г вр.14:30ч	1
2	ОО «Life medical solutions» 03.07.2024г Вр.14:00ч	1

5. Основания отклонения заявок. Следующие заявки на участие потенциальных поставщиков, не допущены комиссией после рассмотрения: Потенциальный поставщик ООО «Life medical solutions» Не соответствует: пп.7) п. 62 Правил. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил. Требуется размер спиной секции длина - 70 (+/- 2) см, предоставлено - 80 см, требуется размер тазовой секции 32 (+/- 2) см, предоставлено - 23 см, требуется размер бедренной секции 31 (+/- 2) см, предоставлено - 23 см, требуется размер ножной секции 62 (+/- 2) см, предоставлено - 57 см. Не указан размер или наличие встроенной функции увеличения длины ложа, для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных, требуемое увеличение ложа - 12 см, указаны общие габариты кровати.

Не соответствует: пп.7) п. 62 Правил. Предусмотрена конструкция «Ножничный подъемник», в представленном варианте в тех.

спецификации не указано, согласно приложению регистрационного досье № РК-МТ-5№015138, данное комплектующее отсутствует.

Указан двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции ложа, в количестве 2 шт., в представленном варианте больше 2х линейных двигателя.

Нижняя часть рамы закрыта колпаком из ABS пластика, в представленном варианте в тех. спецификации не указано, согласно приложению регистрационного досье № РК-МТ-5№015138, данное комплектующее отсутствует.

Не соответствует: пп.7) и пп.11) п. 62 Правил. Положение Тренделенбурга 12° (механический), в представленном варианте

Тренделенбург/АнтиТренделенбург- 16 градусов, согласно приложению регистрационного досье № РК-МТ-5№015138 механические приводы (для кроватей с механическим механизмом подъема). Тренделенбурга 12° (механический) отсутствует, согласно приложению регистрационного досье № РК-МТ-5№015138.

Не соответствует: пп.7) п. 62 Правил. Указана длина кровати - 220 см; ширина кровати - 104 см, в представленном варианте - габариты кровати (ДхШ) 2130х1000 мм.

Требования к боковым ограждениям: Монолитные боковые ограждения реанимационного типа, опускаются вверх и вниз, благодаря механизму с газовой пружиной и с системой запирания. Раздельные боковые ограждения изготовлены из цельнолитого акрилонитрилбутадиенпластика (ABS пластика). Высота боковых ограждений над уровнем ложа 38 см. Количество – 4 шт. Представленный вариант не соответствует, указаны два опускающихся боковых ограждений, боковые ограждения выполнены из 3-х параллельных труб из нержавеющей стали диаметром 22 мм, с пластиковыми ручками для захвата, которые при разном положении удобно брать с разных сторон. Расстояние между осями труб в боковых ограждениях 100 мм, исключающее зажатие пациента. Высота боковых ограждений над уровнем ложа 340 мм.

Не соответствует: пп.11) п. 62 Правил. В комплектующих указаны роликовые бамперы, предоставленная техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением № РК-МТ-5№015138, роликовые бамперы, как дополнительные комплектующие отсутствуют.

Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом, указано индивидуальный педалный тормоз на 2 колесах. В представленном варианте - индивидуальный педалный тормоз на 4 –х колёсах.

Не соответствует: пп.7) п. 62 Правил. Размеры матраса: Длина: 1950 мм. Ширина: 900 мм. Указано что матрас состоит не меньше, чем из 18 секций, что способствует правильному кровообращению пациента, в представленном варианте матрас разделен на две формообразующие секции. Габариты (ДхШхВ): 1910х900х100 мм.

6.Наименование и местонахождения победителя (ей) по каждому лоту, по которым определен победитель

№ лота	Наименование лота	Наименование, местонахождение победителя
1.	Кровать для пациента с 2 электромоторами, с принадлежностями	ТОО «DANA ESTRELLA» 28.06.2024г вр.14:30ч Г. Алматы, ул. Гоголя 89А

1. Наименования и местонахождение участника каждого лота, предложение которого является вторым после предложения победителя: **НЕТ ТАКИХ**

№ лота	Наименование лота	Наименование, местонахождение второго после предложения победителя

8. Основания, если победитель тендера не определен: **нет таких.**

9. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа: Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составленный по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

