

# Техническая спецификация

№ лота	Наименование закупаемых медицинских изделий	Ед.изм	Техническая спецификация
1	Набор реагентов	набор	Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет одновременно следующие тесты: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca++ Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию картриджа, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе)
2	Контрольный материал	набор	Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 1 (лактат, глюкоза в крови) (5 ампул в наборе)
3	Контрольный материал	набор	Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 2 (5 ампул в наборе)
4	Контрольный материал	набор	Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 3 (5 ампул в наборе)
5	Шприцы	упак	Гепаринизированные (сухой гепарин 15 ME/мл) шприцы 3 мл в наборе (Игла стандартная калибр 23; 1" (25 мм)+резиновая пробка+защитный колпачок), 50 штук в упаковке




